

Data de Publicação: 05/10/2021 10:09

Identificação Conta	
Cliente: Planeta Agua Express Eireli	CNPJ/CPF: 10779162000123
Contato: Juciele Barbosa	Telefone: (81) 3444-2579
Endereço: Av. Leopoldino Canuto de Melo, 352 - Caixa Dagua - Olinda - Pernambuco - CEP: 53210250 - Brazil	

Nº Amostra: 51586-1/2021.0	
Referência da Amostra: Saída da osmose	Responsável pela Amostragem: Laboratório
Data Coleta: 01/10/2021 14:27	Data Recebimento: 01/10/2021 16:30
Material: Uma amostra de água para fins de diálise.	Condições Climáticas: Ensolarado
Data de Envase: -	Data de Fabricação: -
Validade: -	Procedência: Poço
Tratamento: Tratada	Observações e Desvios: -
Local de Amostragem: -	

Resultados Analíticos

Classe de Ensaio - Biológico - Microbiológico						
Análise	Resultado	RDC 11	LQ	Incerteza Mínima	Incerteza Máxima	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	Estimado <1,0 U.F.C./mL	10 ² U.F.C./mL	1,0	-	-	02/10/2021
Coliformes totais	< 1,1 N.M.P./100mL	<1,1 N.M.P./100mL	1,1	-	3,4	02/10/2021

Legislação(ões)
RDC 11: Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 11 de 13 de março de 2014 - ANVISA, Ministério da Saúde.

Metodologia
Bactérias Heterotróficas: APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 9215.B.
Coliformes totais: APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 9223.B.

Conclusão
AMOSTRA SATISFATÓRIA PARA O(S) PADRÃO(ÕES) LEGAL(AIS) VIGENTE(S).

Notas
Proposta Comercial / Plano de Amostragem N° PC1377/2021.3 Siglas e Expressões dos Resultados N/A: Não se Aplica. L.Q.: Limite de Quantificação referente a metodologia do ensaio. UFC/mL: Unidade Formadora de Colônia Incerteza de Medição: É estabelecida a partir do resultado quantitativo obtido, onde os valores mínimo e máximo estão dentro de um intervalo com 95% de confiança. O(s) resultados que apresentam o símbolo (<) equivale(m) à ausência de crescimento na menor diluição analisada da amostra. Nota 1: O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) têm significação restrita e se aplica(m) tão somente ao material amostrado, citado(s) neste relatório de ensaio. Nota 2: Só é permitida a reprodução na íntegra deste relatório de ensaio. Reprodução por partes requer aprovação por escrito do laboratório. Nota 3: Todos os ensaios foram realizados neste laboratório.

Glória Antunes

Assinado de forma digital por:
Glória Maria de Souza Antunes: 076.669.424-00
Química Industrial – Gerente Técnica
CRQ: 01.200.329

Chave de Validação: 29c2021557c04d5dbac0e803360b5fb9

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylmsweb.com.